

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8-26

Опросный лист на автоматический цифровой измеритель плотности с поверкой и пуско-наладкой

Программа ТПиР 2014 г. п.9 ОНМ СИК и ПКН, товарно-транспортный отдел

Компания:	ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы»
Адрес:	443020, г. Самара, ул. Ленинская, 100
Телефон:	(864) 332-75-04
Место установки:	Аналитическая лаборатория ЛПДС «Красный Яр» Волгоградского РНУ
Технические характеристики	
Диапазон	0...+3 г/см ³
Точность	±0.0001 г/см ³
Диапазон температур	0...+90°C (точность ±0.05 °C)
Время измерения	1-4 мин
Питание	220В/50 Гц
Мощность	120 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	320*382*272 мм
Вес	20 кг
Комплектация поставки:	Принтер точечно-матричный – 1 шт., бумага для принтера – 20 рулонов, лента для принтера – 5 шт., ГСО РЭП-3 (диапазон 772,0-787,2 кг/м ³), 100 мл – 1 шт., ГСО РЭП-5 (диапазон 998,0-999,0 кг/м ³), 100 мл – 1 шт., ГСО РЭП-7 (диапазон 1317,0-1340,0 кг/м ³), 100 мл – 1 шт.
Первичная поверка – 1	
Пуско-наладочные работы и обучение персонала – 1	

Главный инженер

И.О. Главного инженера



А.Г. Воронов

В.Г. Кучеров

