

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4-26

Опросный лист на генератор водорода

Программа ТПиР 2014 г. п.9 ОНМ СИК и ПКН, товарно-транспортный отдел

Компания:	ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы»
Адрес:	443020, г. Самара, ул. Ленинская, 100
Телефон:	(864) 332-75-04
Место установки:	Аналитическая лаборатория ПСП «915 км» Волгоградского РНУ, Аналитическая лаборатория Бугурусланского РНУ
Технические характеристики	
Чистота водорода	99,995
Производительность, л/ч	10
Выходное давление, кПа	140
Габариты, мм	220*420*560
Масса, кг	12
Потребляемая мощность, Вт, не более,	125
Максимальный объем заливки воды, см3	1000

Главный инженер



В.Г. Кучеров

И.О. Главного инженера

А.Г. Воронцов

Воронцов А.Г.