

ОМТС

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО ЦТД «Диаскан»

Д.Ю. Глинкин

«10» 03 2013 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес проектирующей организации	-	-
2	Наименование и адрес предприятия- заказчика	-	ОАО ЦТД «Диаскан»
3	Общие сведения	-	
3.1	Наименование оборудования	1шт	Микровеберметр
3.2	Назначение оборудования	-	Измерение магнитного потока при испытаниях постоянных магнитов и магнитных блоков
3.3	Место установки оборудования	-	Производственные помещения
4	Технические характеристики оборудования	-	
4.1	Диапазон измерений не менее	мкВб	0-5000
4.2	Погрешность не хуже	%	2.0
5	Условия эксплуатации	-	При температуре от 10°С до 35°С
6	Питание	-	Автономное (допускается от сети 220В)
7	Свидетельство об утверждении типа средства измерений	-	нет
8	Наличие методики поверки	-	нет
9	Техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке	-	да
10	Гарантийные талоны	-	да
11	Свидетельство о поверке (калибровке)	-	да
12	Комплект поставки	-	Базовая: Микровеберметр, Программное обеспечение, Кабель для IBM, Аккумулятор, РЭ
13	Сертификат о взрывозащищенности электрооборудования	-	нет

Согласовано:

Начальник ОМТС

Р.С. Павлов

ОЛ-5-БПДЭ ОГК-ЦТД-2013-9

ТПИР 2013 ОАО ЦТД «Диаскан»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Краснов А.А.				12.03.13	п.9 Приобретение оборудования не требующее монтажа		
Проверил								
Нач.отдела	Гурин С.Ф.				12.03.13	Опросный лист на микровеберметр		
							1	1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №