


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «МН «Дружба»

« » 2013г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
1	Наименование и адрес проектирующей организации	—	«Омскгипротрубопровод», 644043, г. Омск, Набережная Тухачевского, д.7 Тел.(3812)66-03-80, факс (3812) 66-03-81
2	Наименование и адрес предприятия-заказчика	—	ОАО МН «Дружба», 241020, Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская 113, Тел.(4632) 74-76-52, 67-62-30
3	Назначение прибора	-	определения температуры застывания или текучести в соответствии с отечественными и зарубежными стандартами ГОСТ 20287 (Б), ASTM D97
4	Диапазон определения температуры застывания	°С	от минус 65 до плюс 30
5	Сходимость	°С	2
6	Воспроизводимость	°С	6
7	Вид представления информации	-	цифровое табло
8	Температура окружающего воздуха	°С	от плюс 10 до плюс 35
9	Напряжение	В	220
10	Частота	Гц	50
11	Потребляемая мощность, не более	Вт	600
12	Габаритные размеры, мм -аппарата/ -криостата	мм	266x407x230 460x360x625
13	Масса, не более -аппарата/ -криостата	кг	10 32
14	Температурный датчик	-	платиновый термометр
15	Детектирование потери подвижности	-	автоматическое
16	Система охлаждения	-	Элементы Пельте с хладагентом

Инт. № подл.	Взаим. инв. №
12946	03.13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Г.4.0000.0004-И-МНД/ГТП-00.689.1-ЭМ.ОЛ36		
Разработал	Байков			<i>Байков</i>	03.13			
Проверил	Макаров			<i>Макаров</i>	03.13	Балтийская трубопроводная система (БТС-2). РНУ и БПО в г.Великий Новгород на базе реконструкции зданий по адресу пр. Корсунова д. 28 корп. 1 База производственного обслуживания (БПО). Реконструкция. Силовое электрооборудование. Опросный лист на аппарат для определения температуры текучести и застывания светлых нефтепродуктов		
Нач. отдела	Рогожина			<i>Рогожина</i>	03.13			
Гл.инж.	Басалаев			<i>Басалаев</i>	03.13			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	2
						 Филиал ОАО "Гипротрубопровод" - "Омскгипротрубопровод"		

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
17	Дополнительные требования		Программное обеспечение позволяющее управлять прибором с ПК для сохранения и распечатки отчета.

Согласовано ОАО «МН «Дружба»:

Начальник отдела комплектации (ОМТС)
(ответственный за согласование в ОСТ)

(подпись)

(Ф.И.О.)


(дата)

Главный энергетик

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
12946	 03.13	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Г.4.0000.0004-И-МНД/ТП-00.689.1-ЭМ.ОЛЗ6

Лист

2