

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО МН «Дружба»

«06» 06 20 13 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1.	Наименование и адрес проектирующей организации	-	Филиал ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод», г. Омск, наб. Тухачевского 7а
2.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	ОАО МН «Дружба», г. Брянск, ул. Уральская д.113
3.	Верхний предел измерения избыточного давления, не менее	МПа	25
4.	Нижний предел измерения	МПа	менее 0,05
5.	Класс точности, не менее	-	0,05
6.	Номинальное значение приведенной площади поршня	см ²	0,2
7.	Номинальное значение массы поршня с грузоподъемным устройством, не более	кг	1х0,98
8.	Давление, создаваемое поршнем с грузоприемным устройством	МПа	0,5
9.	Пределы допускаемой основной погрешности манометра: - при давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерения	%	±0,05% от значения измеряемого давления
10.	Пределы допускаемой основной погрешности манометра, %: - при давлениях до 10% от верхнего предела измерения	%	±0,05% от 0,1 верхнего предела измерений
11.	Рабочая жидкость	-	Трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76 или ГОСТ 982-80 (марок Т-750, Т-1500, ПТ)
12.	Свидетельство об утверждении типа средства измерений	Компл.	Да

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.
12917

Г.4.0000.0004-И-МНД/ГТП-00.000-А.ЗПЗ.ОЛ12

Балтийская трубопроводная система (БТС-II). РНУ и БПО в г. Великий Новгород на базе реконструкции зданий по адресу пр. Корсунова д.28 корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Пищита				03.13
Проверил	Ецлов				03.13
Гл. спец	Макаров				03.13
Нач. отдела	Бетев				03.13

Задание на поставку комплекта оборудования участка ремонта и технического обслуживания средств телемеханики

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Манометр грузопоршневой до 25 МПа.
Опросный лист



Филиал ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод»

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
13.	Сертификат о взрывозащищенности электрооборудования	Компл.	Нет
14.	Наличие методики поверки	Компл.	Да
15.	Наличие свидетельства о поверке	Компл.	Да
16.	Наличие эксплуатационной документации на русском языке	Компл.	Да
17.	Комплект поставки:		<ul style="list-style-type: none"> - Колонка грузопоршневая измерительная – 1 шт.; - Пресс манометрический – 1 шт.; - Груз 0,5 МПа или 5 кгс/см² – 40 шт.; - Груз 1 МПа или 10 кгс/см² – 24шт.; - Груз дополнительный – 1 шт.; - Уплотнительные прокладки под штуцеры Ø11 – 20шт.; - Уплотнительные прокладки под штуцеры Ø18 – 20шт.; - Уплотнительные прокладки под штуцеры Ø8,8 – 20шт.; - Штуцер с наружной М33х2/М30х2 – 1 шт.; - Прокладка Ø20/12 – 1 шт.; - Кольцо – 2 шт.; - Штуцер с наружной М20х1,5 и внутренней М10х1 – 2 шт.; - Штуцер с наружной М20х1,5 и внутренней М12х1,5 – 2 шт.; - Штуцер с наружной М20х1,5 и внутренней М14х1,5 – 2 шт.; - Разделитель гидравлический безмембранный РГБ-250– 1 шт.; - Шарик Ø 7,541-40 – 1 шт.; - Уровень – 2 шт.
18.	Дополнительное оборудование	-	-

Согласовано: (ОАО МН«Дружба»):

Начальник отдела
комплектации (ОМТС)

Чуприк Н.Н.

«15» 06 2018г.

Начальник ОАСУ ТП

Зам. начальника ОАСУ
ШАПАРОВ С.Н.

«15» 06 2018г.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
12917	
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						2

Г.4.0000.0004-И-МНД/ГТП-00.000-А.ЗПЗ.ОЛ12